АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА"
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ)
125009, РОССИЯ, город Москва, ул. Дмитровка М., д. 13/17, стр. 1

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «СОЭКС»
(ИАЦ ГЭАЦ «СОЭКС»)
Адрес места осуществления деятельности: 125009, РОССИЯ, город Москва, ул. Дмитровка М., д. 13/17, стр. 1, стр. 3,
тел.+7(495)660-58-68, info@soex.ru, soex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЯ10

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИАЦ ГЭАЦ «СОЭКС»
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
_____ Г.П. Забелкина
28.12.2021

Протокол испытаний № 19137
от 28.12.2021

Лабораторный № **19263**

Наименование образца испытаний:	**Маска-преображение для усталой кожи, склонной к отекам After Party Mask торговой марки «PROLIFEANDSKIN»**

Дата поступления образца: 16.12.2021

Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ЭС ЭН ЭЙ БЬЮТИ»
Юридический адрес:	107140, Россия, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1, Кабинет 1-13 этаж 2
Фактический адрес места осуществления деятельности:	141069, Россия, Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Советская 27, помещение 101
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «ЭС ЭН ЭЙ БЬЮТИ»
Юридический адрес:	107140, Россия, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1, Кабинет 1-13 этаж 2
Фактический адрес места осуществления деятельности:	107140, Россия, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1, Кабинет 1-13 этаж 2
Упаковка:	Полимерная упаковка
Маркировка:	Дата изготовления: 01.11.2021 Срок годности: 01.11.2023
Задание:	На соответствие требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» статья 5 пункт 5, приложение 6 (п.1), приложение 7 (группа 2), приложение 8 (п.1), приложение 9 (п. 1)
Заключение:	Исследованный образец (Маска-преображение для усталой кожи, склонной к отекам After Party Mask торговой марки «PROLIFEANDSKIN») соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» статья 5 пункт 5, приложение 6 (п.1), приложение 7 (группа 2), приложение 8 (п.1), приложение 9 (п. 1)

Результаты испытаний

Показатели безопасности

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Свинец, мг/кг	0,033	≤ 5,0	ГОСТ 31676-2012
Мышьяк, мг/кг	0,038	≤ 5,0	ГОСТ 31676-2012
Ртуть, мг/кг	Менее 0,005	≤ 1,0	ГОСТ 31676-2012

Микробиологические показатели

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КОЕ в 1,0 г	<10	не более 10^3	ГОСТ ISO 21149-2013
Candida albicans, в 0,1 г	не обнаружены	не допускается	ГОСТ ISO 18416-2018
Escherichia Coli, в 0,1 г	не обнаружены	не допускается	ГОСТ ISO 21150-2018
Staphylococcus aureus, в 0,1 г	не обнаружены	не допускается	ГОСТ ISO 22718-2018
Pseudomonas. Aeruginosa в 0,1 г	не обнаружены	не допускается	ГОСТ ISO 22717-2018

Перепечатка или частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательного центра запрещено.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев, когда информация представляется заказчиком (позиции отмеченные*)

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

АР № 445822

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Водородный показатель, pH, ед	6,9	3,0 – 9,0	ГОСТ 29188.2-2014

Токсикологические показатели

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro, у.е.	Отсутствие	Отсутствие (допустимая степень токсичности, T< 20)	ГОСТ 32893-2014 п.7

Клинические (клинико-лабораторные) показатели

Наименование показателя, ед. измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Раздражающее действие, баллы	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	ГОСТ 33483-2015 п.4.6
Сенсибилизирующее действие, баллы	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	ГОСТ 33483-2015 п.4.6

Оборудование:
Весы лабораторные электронные Adventurer AR2140, зав. № 1226340829;
Спектрофотометр однолучевой сканирующий UNICO модель 2800, зав. № SQH 0707071;
Термометр технический жидкостной ТТЖ-М, зав. № 208573
Весы лабораторные электронные Shimadzu AUW220, зав. № D449211709;
pH-метр pH-150МИ, зав. № 6179, с электродом стеклянным комбинированным ЭСК-10603/7 и электродом, зав. №10315;
Термометр технический жидкостной ТТЖ-М, зав. № 208563
Весы лабораторные электронные Shimadzu AUW220, зав. № D449211709;
pH-метр pH-150МИ, зав. № 6179, с электродом стеклянным комбинированным ЭСК-10603/7 и электродом, зав. №10315;
Прибор экологического контроля БИОТОКС-10М, зав. № 202Х;
Шкаф сушильный суховоздушный SNOL 58/350, зав. № 07775;
Термостат суховоздушный электрический Memmert BE 500, зав. № e596.0227;
Дозатор пипеточный ДПА (100÷1000) мкл, зав. № BN51678;
Линейка металлическая измерительная одношкальная, зав. № 2612120;
Термометр технический жидкостной ТТЖ-М, зав. № 208563;
Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН, зав. № 1176
Весы лабораторные электронные, Adventurer ARA520, зав. № 1125470048
Весы электронные Adventurer ARA520, зав. № 1125171178
Измеритель комбинированный Seven Easy pH зав. № 1232185132 (в комплекте с электродом In Lab Expert Pro зав. № 7345541)
Дозатор пипеточный Блэк, зав. № 1704565
Термостат тип BE 500, зав. № e696.0153 Рабочий температурный режим: (30±1)ºС

Дата начала испытаний: 10.12.2021
Дата окончания испытаний: 28.12.2021

конец протокола

Перепечатка или частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательного центра запрещено.
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев, когда информация представляется заказчиком (позиции отмеченные*)